

연구실 안전관리위원회 하반기 회의

회의록

담당	위원장
이재기	이명훈
협조 : 시설과장	

일시	2014. 12. 1(월) 14:00~15:00
장소	대학본부 3층 정책자문위원회실

□ 보고사항

- 미래창조과학부 연구실 안전관리 현황 지도·점검 실시
- 2014년 연구실 정밀안전진단 지원사업 선정 결과 보고
- 2014년 제2차 연구실 안전환경 개선지원 사업 선정 결과 보고
- 연구실 안전관리 활동 결과 보고

□ 안건심의

- 연구실 안전사고 재발 방지대책 (안)
- 흡후드 설치 대상 연구실험실 선정(안)

□ 현황설명

- 연구실 회의 안전에 대한 전반적인 보고

□ 심의내용

- 연구실 안전사고 재발 방지대책
 - 위원장 : 산학협력단과 연계하여 안전교육을 이수할 수 있는 방안 검토 필요
 - 길경석 위원 : 산학협력단, 대학원과 상의하여 연구활동종사자들이 안전교육을 받을 수 있는 시스템 구축 필요성에 대하여 의견제시
 - 김준용 위원 : 안전사고 발생 시 응급조치에 대한 전문적인 교육 필요상 제시
 - 위원장 : 가스, 약품, 방사선 등에 의한 안전문제가 매우 심각하여 시급히 개선이 요구 됨에 따라 방지책강구, 안전교육 등
 - 시설과장 : 가스설비 안전교육관 관련하여 전문기관 초빙 교육추진 검토
 - 위원장 : 연구실험실의 위험도를 파악할 수 있는 map을 만들어 체계적으로 관리 할 수 있는 방안 강구 (배치 및 내부 위험설비 등)
- 흡후드 설치대상 연구실험실 선정
 - 위원장 : 안전시설정밀점검 지적 대상인 8개 연구실험실에 대하여 현황을 파악 하고 타당성을 검토하여 선정할 수 있도록 자료보완 심의

□ 기타사항

- 실험실 출입문 보완제안 (외부에서 내부를 볼 수 있도록 일부유리 설치)
 - 제안교수 : 환경공학과장 장재수교수
- 시설과장 : 추후 시설물 개·보수 및 신축시는 연구실험실 출입문에 대해 적극검토